

Број	3066
Датум	06.12.2016.

Предмет: Додатне информације заинтересованом лицима у поступку ЈНОП – набавка санитарског материјала број 8/7-13/2016

Питање број 1

У партији 7. ТРАКЕ ЗА БРЗО ОДРЕЂИВАЊЕ ШЕЋЕРА У КРВИ
У напомени стоји да

- Траке морају имати могућност допуне узорком крви у трајању не мање од 30 секунди
- Да ли се овим мисли на одређене траке и апарат, јер се до сада заинтересовано лице није сусретало с тим, да већ употребљена трака има могућност допуне узорком крви.
Заинтересовано лице сматра да је наручилац фаворизовао само једног понуђача. Уз апарат који би други нудили, такође сматра да би наручилац добио задовољавајуће резултате одређивања глукозе у крви, јер тај апарат прате одговарајуће трачице. Ионако се та врста анализе успешно ради и у кућним условима, па нема потребе захтевати неке специфичне карактеристике, осим ако се не фаворизује одређени произвођач, што није по ЗЈН.

Одговор број 1

Наручилац у свом власништву већ има апарате за мерење шећера у крви, тако да Вас обавештава да ће изменити и допунити конкурсну документацију у партији 7, а коју можете преузети на порталу ЈН или интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку санитарског материјала
ЈНОП бр 8/7-13/2016